



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 31 декабря 2008 года № ФСР 2008/02421

На медицинское изделие

Набор диагностических моноклональных антител для выявления антигенов систем АВО (Н), MNSs в крови и слюне в судебно-медицинской практике (ЭРИТРОТЕСТ™-ЦОЛИКЛОН СМ) по ТУ 9398-271-27575295-2003

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕМАТОЛОГ"
(ООО "ГЕМАТОЛОГ"), Россия,
125167, Москва, Новый Зыковский проезд, д. 4, стр. 1

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕМАТОЛОГ"
(ООО "ГЕМАТОЛОГ"), Россия,
125167, Москва, Новый Зыковский проезд, д. 4, стр. 1

Место производства медицинского изделия

125167, Москва, Новый Зыковский проезд, д. 4, стр. 1

Номер регистрационного досье № 58790 от 23.12.2008

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 93 9816

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 31 декабря 2008 года № 10893-Пр/08

и приказом от 22 октября 2013 года № 5954-Пр/13 о замене
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения


М.А. Мурашко

0004885

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 31 декабря 2008 года № ФСР 2008/02421

Лист 1

На медицинское изделие

Набор диагностических моноклональных антител для выявления антигенов систем АВО (Н), MNSs в крови и слюне в судебно-медицинской практике (ЭРИТРОТЕСТ™-ЦОЛИКЛОН СМ) по ТУ 9398-271-27575295-2003

- Моноклональные антитела для выявления антигена А системы АВО(Н) - ЦОЛИКЛОН СМ Анти-А
- Реагент для выявления антигена А₁ системы АВО(Н) - ЦОЛИКЛОН СМ Анти-А₁
- Моноклональные антитела для выявления антигена А_{сд} системы АВО(Н) - ЦОЛИКЛОН СМ Анти-А_{сд}
- Моноклональные антитела для выявления антигена В системы АВО(Н) - ЦОЛИКЛОН СМ Анти-В
- Моноклональные антитела для выявления антигена М системы MNSs - ЦОЛИКЛОН СМ Анти-М
- Моноклональные антитела для выявления антигена N системы MNSs - ЦОЛИКЛОН СМ Анти-N
- Моноклональные антитела для выявления антигена Н_{аb} системы АВО(Н) - ЦОЛИКЛОН СМ Анти-Н_{аb}
- Моноклональные антитела для выявления антигена Н_{н/аb} системы АВО(Н) - ЦОЛИКЛОН СМ Анти-Н_{н/аb}
- Моноклональные антитела для выявления антигена Н_{кра} системы АВО(Н) - ЦОЛИКЛОН СМ Анти-Н_{кра}

З

Приказом от 22 октября 2013 года № 5954-Пр/13 о замене допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0003775